



akverificación  
OFICIAL

# AK VERIFICACIÓN, S.C

Unidad de Verificación Acreditamiento No. UVIM 046  
Dictámenes de Verificación Oficial

Cliente BASCULAS VERACRUZ S.A. DE C.V.  
Giro BASCULAS PUBLICAS  
Domicilio CUAHUTEMOC N.º 6-4 ESQ. VERDIZCO  
Colonia EGACC. LOS PINOS  
R.F.C. BVE 941215 CIG

Solicitud de Verificación No. UR2 0018/16  
Fecha de Solicitud 2016-03-18  
Fecha de realización 2016-03-31  
Hora de Inicio 13:40 HRS  
Hora Final 18:12 HRS

Tipo de Verificación Inicial  Periódica  Extraordinaria

Norma aplicable: **NOM-010-SCFI-1994**

Clase	Marca	Modelo	Número de serie	Alcance máximo	División mínima	Excentricidad		Repetibilidad		Linealidad	Resultado Final Cumple/ No cumple	Número de Holograma (AK Verificación)	Número de Holograma UVA
						Cumple	No cumple	Cumple	No cumple				
(M)	RICE TAME	120	20987	80 000kg	10 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		CUMPLE	938	02016 031 0000938

Equipo de Medición

Pesos paralelepípedos  5 kg

1 000 kg 61A 10 70

Pesada mínima 200 kg

10 kg

20 kg

1 g a 5 kg

1 g a 1 kg

UAGA CATALANA B. ODEVERSA B. M.C. B. ODEVERSA  
Nombre y Cargo del Representante de la Empresa

Julio Cesar Ramirez Miguel  
Nombre y Firma del Técnico Verificador

Observaciones del Técnico  
UVA-PTO1/DVA-PTO2/LA-MON 8104

Este dictamen de verificación únicamente ampara al(los) instrumento(s) con el número(s) de serie descrito(s) con anterioridad.  
Este dictamen de verificación no podrá ser utilizado con fines publicitarios o promocionales.  
Este dictamen de verificación no puede ser reproducido parcial o totalmente sin previa autorización de la unidad de verificación.  
La unidad de verificación mantiene toda información otorgada por el cliente de manera confidencial para protección y seguridad del mismo.  
Este Dictamen no será válido si no presenta número de holograma Profeco y número de calcomanía de AK Verificación, S.C.  
El presente Dictamen de Verificación Oficial sólo ampara las mediciones al momento de llevar a cabo la verificación con la previa aceptación y conformidad del cliente.  
El usuario debe verificar que esta sea la revisión actual previa a su uso, de no serlo retirarla. DOC. REL. UVA-PA12 UVA-F027-7  
Este dictamen sujeta a la verificación/inspección de Profeco del año en curso.



# AK VERIFICACIÓN, S.C

## Unidad de Verificación Acreditamiento No. UVIM 046

### Dictámenes de Verificación Oficial

**Cliente** BASCUIAS VERACRUZ S.A. DE C.V.  
**Giro** BASCUIA PUBLICA.  
**Domicilio** CABRETERA VERACRUZ - SALIADA KM 104.698  
**Colonia** \_\_\_\_\_  
**R.F.C.** BUE 941215 CJG

**Solicitud de Verificación No.** UBZ 0017/16  
**Fecha de Solicitud** 2016-03-18  
**Fecha de realización** 2016-03-31  
**Hora de Inicio** 08:10 HRS  
**Hora Final** 12:45 HRS

**Tipo de Verificación** Inicial  Periódica  Extraordinaria

**Norma aplicable:** NOM-010-SCFI-1994

Clase	Marca	Modelo	Número de serie	Alcance máximo	División mínima	Excentricidad		Repetibilidad		Linealidad	Resultado Final Cumple/ No cumple	Número de Holograma (AK Verificación)	Número de Holograma UVA
						Cumple	No cumple	Cumple	No cumple				
III	RICE IANE	120	20988	75 000 kg	10 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CUMPLE	937	02016031 0000937

**Equipo de Medición**  
 Pesas paralelepipedas  5 kg  10 kg  20 kg  25 kg  50 kg  100 kg  200 kg  500 kg  1000 kg  
 Pesada mínima 61 a 10 70 200 kg  
 Observaciones del Técnico PROBLEMA EN EL TECNICO UVA-PT01/ UVA-PT02/ CAMION 6009

Este dictamen de verificación únicamente ampara al(los) instrumento(s) con el número(s) de serie descrito(s) con anterioridad.  
 Este dictamen de verificación no podrá ser utilizado con fines publicitarios o promocionales.  
 Este dictamen de verificación no puede ser reproducido parcial o totalmente sin previa autorización de la unidad de verificación.  
 La unidad de verificación mantiene toda información otorgada por el cliente de manera confidencial para protección y seguridad del mismo.  
 Este Dictamen no será válido si no presenta número de holograma Profeco y número de calcomanía de AK Verificación, S.C.  
 Este Dictamen de Verificación Oficial sólo ampara las mediciones al momento de llevar a cabo la verificación con la previa aceptación y conformidad del cliente.  
 El usuario debe verificar que esta sea la revisión actual previa a su uso, de no serlo retirarla. DOC. REL. UVA-PA12 UVA-F027-7  
 Este dictamen sufre a la verificación/inspección de Profeco del año en curso.

Nombre y Cargo del Representante de la Empresa \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Técnico Verificador JULIO CESAR RAMIREZ MIGUEL